

05.06.2020

• **Typ IIR-Maske mit der Aufschrift: Disposable Masks**

Art-Nr. **1859**

**Grund:**

Die vom LGL veranlasste Überprüfung bei einer zertifizierten Stelle hat ergeben, dass der Mund-Nasen-Schutz nicht die Norm EN 14683 erfüllt. Es handelt sich daher nicht um eine für den medizinischen Bereich geeigneten MNS.

Aus diesem Grund werden die Masken **zurückgerufen**.

Für die genannte Charge, bitten wir um eine Sperrung der vorliegenden Bestände und einen Stopp der weiteren Auslieferung an den Endbenutzer, sowie -im Falle der bereits erfolgten Auslieferung- auch beim Endverbraucher eine Verwendung zu unterlassen.



**Dienstsitz:**  
LGL  
Eggenreuther Weg 43  
91058 Erlangen

**Telefon:** 09131/6808-0  
**Telefax:** 09131/6808-2102

**Dienststelle:**  
LGL, Dienststelle Oberschleißheim  
Veterinärstr. 2  
85764 Oberschleißheim

**Telefon:** 09131/6808-0  
**Telefax:** 09131/6808-5425

**E-Mail und Internet**  
poststelle@lgl.bayern.de  
www.lgl.bayern.de

Anfahrtsskizze im Internet  
**Bahn:** S1 Oberschleißheim  
**Bus:** 292 Sonnenstraße  
Haltestelle: Veterinärstr.

**Bankverbindung**  
Bayerische Landesbank  
IBAN: DE31 7005 0000 0001 2792 80  
BIC: BYLADEN33